



## **Příloha č. 1**

Technická specifikace veřejné zakázky malého rozsahu

### **DODÁVKA VIBRAČNÍHO MIKROTOMU**

- manuální i automatické krájení
- plynulé nastavení rozkmitu (0,2 - 1 mm), frekvence (0 - 100 Hz)
- nastavení rychlosti krájení (0,025 mm/s - 2,5 mm/s) s rychlým návratem max 5 s
- nastavitelná tloušťka krájení v rozmezí 1 až 980 mikronů
- nastavitelné krájecí okénko
- vypínatelná retrakce krájecí hlavy
- externí osvětlení pomocí světlovodičů (min. 100 W)
- vyjímatelná miska na odpadní řezy, uzavřený mechanismus
- možnost připojení lupy pro snadnou manipulaci s nakrájenými vzorky
- možnost připojení nožního pedálu pro ovládání přístroje