

POPTÁVKOVÝ LIST

Základní údaje k výzvě pro podání nabídek dodavatelů v poptávkovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu prováděné mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) při respektování zásad stanovených v § 6 zákona

Název zakázky	Dodávka přístrojů ke grantu č. CZ.2.16/3.1.00/22155 Přístroje čtvrté etapy
Zadavatel:	
Název	Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
IČ	00216208
Adresa	Albertov 6, 128 43 Praha 2
Osoby oprávněné za zadavatele jednat	Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., děkan
Kontaktní osoba a osoba pro dodatečné informace k poptávce	RNDr. Aleš Soukup, Ph.D., manažer projektu
Telefon, fax	22195 1697, 22195 1705
E-mail	asoukup@natur.cuni.cz

Termíny plnění veřejné zakázky: Termín dodání - září 2011
Místo plnění veřejné zakázky: Viničná 5, Praha 2

1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název přístrojů: Hluboko mrazící box,
Vakuový koncentrátor vzorků,
Laboratorní dvoustupňová vývěva pro lyofilizátor
Požadovaný počet kusů : celkem tři různé přístroje
Nejvyšší možná cena včetně DPH: 778 170 Kč

1. Technické požadavky:

Hluboko mrazící box pro skladování citlivých vzorků určených pro další zpracování.
Klíčová je spolehlivost a stabilita.

Nominační parametry	Nominační Ano/Ne
1. skříňový (vertikální) hlubokomrazící box (maximální vnější hloubka 100 cm)	Ano
2. garantovaná teplota pro dlouhodobé skladování minimálně -80 °C (při okolní teplotě +30 °C)	Ano
3. vnitřně dělený prostor, plnohodnotné dělené vnitřní izolované dveře	Ano
4. alarm systém při nárůstu teploty	Ano
5. digitální indikace teploty, mikroprocesorová řídicí jednotka	Ano
6. minimální vnitřní objem 700l	Ano

Projekt: Rozvoj Centra experimentální biologie rostlin UK

7. autorizovaný servis v ČR	Ano	
8. vnitřní systém pro skladování vzorků součástí dodávky (nerezové držáky zamrazovacích krabiček a krabičky)	Ano	
Parametry pro hodnocení záruky a technické vhodnosti	K doplnění uchazečem	Význam parametru
1. objem vnitřního prostoru	Doplnit hodnotu	5
2. zabezpečení systému proti selhání a poškození vzorků (řešení chlazení, provedení izolace,...)	Ano/Ne	60
3. možnost GSM hlášení v případě poruchy	Ano/Ne	5
4. prodloužení záruční doby nad 24 měsíců	Doplnit dobu v měsících	10
5. vakuový ventil pro znovuootevření dveří	Ano/Ne	2
6. materiál vnitřní komory	Doplnit materiál	3
7. příslušenství dodávané v rámci zakázky (krabičky, držáky)	Doplnit výčet příslušenství	5
8. Hlučnost a energetická náročnost	Doplnit hodnoty hlučnosti a příkonu	10

Vakuový koncentrátor vzorků pro efektivní a rychlé zkoncentrování vzorků DNA/RNA, nukleotidů, bílkovin, cukrů a dalších vzorků

Nominační parametry		Nominační Ano/Ne
1. k organickým rozpouštědlům resistantní systém s PTFE membránovou vývěvou		Ano
2. automatický průběh vysoušení a zavzdušnění komory		Ano
3. několik úrovní ohřevu vzorku (minimálně lab. teplota, 30 °C, 45 °C, 60 °C)		Ano
4. rotor pro mikrozkušavky		Ano
5. rotor pro 15ml zkumavky Falcon		Ano
Parametry pro hodnocení záruky a technické vhodnosti	K doplnění uchazečem	Význam parametru
1. způsob a možnosti nastavení teploty	Doplňte popis	20
2. řešení funkce vypouštění a napouštění odpařovací komory	Doplňte popis	20
3. parametry použité vývěvy (mezní tlak, použité materiály, chemická odolnost)	Doplňte popis	20
4. materiál komory a víka	Doplňte	20
5. prodloužení záruční doby nad 24 měsíců	Doplnit dobu v měsících	20

Chemická vývěva pro stávající lyofilizátor

<i>Nominační parametry</i>	<i>Nominační Ano/Ne</i>
1. dvoustupňová chemická vývěva (např. typ Vaccumbrand RZ9)	Ano
2. bezpečnostní ventil bránící proniknutí oleje do vakuové komory	Ano
3. mezní tlak min. 0,2 Pa	Ano

Projekt: Rozvoj Centra experimentální biologie rostlin UK

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti

4. odlučovač olejové mlhy na výstupu vývěvy	Ano	
5. separátor kapek a mechanických nečistot na vstupu vývěvy (např. AK R 8/9/16 (698007))	Ano	
6. čerpací rychlost min. 8m ³ /h	Ano	
7. regulace přísávání vzduchu (balast) k proplachování olejové komory	Ano	
Parametry pro hodnocení záruky a technické vhodnosti	K doplnění uchazečem	Význam parametru
1. prodloužení záruční doby vad 24 měsíců	Doplnit dobu v měsících	

2. Kompatibilita:

- Vývěva musí být kompatibilní s lyofilizátorem Lyovac GT2
- V případě, že nabídka pro daný přístroj kompatibilitu nesplní, nebo nebude obsahovat potřebné informace pro prokázání kompatibility, **je hodnotící komise povinna nabídku uchazeče vyřadit a zadavatel uchazeč vyloučí z další účasti na poptávkovém řízení.**

3. Požadavek na doklady nezbytně předkládané s nabídkou:

- Návody k obsluze v tištěné a elektronické podobě (CD)

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK

Obchodní podmínky (dále jen OP), které ve smyslu ust. § 273 obchodního zákoníku (zákon č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) určují část obsahu kupní smlouvy v Poptávkovém řízení. Závazný vzor kupní smlouvy je přiložen k tomuto poptávkovému listu

3. DALŠÍ PODMÍNKY

Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušení poptávkového řízení až do doby uzavření smlouvy.

4. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění:

nabídková cena jednotlivých přístrojů bez DPH, sazba a výše DPH a nabídková cena včetně DPH.

Celková nabídková cena bez DPH, sazba DPH a výše DPH a nabídková cena včetně DPH.

Projekt: Rozvoj Centra experimentální biologie rostlin UK



Jednotková i celková cena včetně DPH musí být stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná.

Uchazeč v české měně uvede nabídkovou cenu jako nejvýše přípustnou a bude zahrnovat jednotlivé komponenty předmětu plnění:

- cena přístrojů a zařízení
- montáž (instalace) včetně uvedení do provozu,
- doprava,
- zaškolení obsluhy a údržby.

Součástí nabídkové ceny musí být i případně samostatně specifikované správní a místní poplatky související s realizací dodávky.

5. POKYNY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude předložena v písemné a elektronické formě v českém jazyce vytvořená pomocí formuláře „Nabídka“. V jiné, než této formě nebude nabídka k hodnocení přijata.

Pokyny k vyplnění formuláře „Nabídka“:

Uchazeč ve formuláři vyplní všechna povinná pole (červeně orámovaná). Na straně č.2 uchazeč vyplní počet stran přiložených povinných příloh (přílohy č. 1 až 5), případně vyplní názvy a počty stran dalších nepovinných příloh (přílohy č.6 a dále), dle vlastního uvážení, ke zdokumentování a vysvětlení nabídky.

Přiložené dokumenty k nabídce budou očíslovány a označeny podle seznamu příloh v souladu s údaji na straně č.2 „Nabídky“ a budou spojeny vhodným způsobem tak, aby nedošlo k jejich rozdělení a záměně jejich jednotlivých stran.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že pro hodnocení jsou rozhodující údaje uvedené ve formuláři „Nabídka“ počínaje stranou č.3 a dále. V oddíle Specifikace využijte též vhodným způsobem pole formuláře pod tabulkami specifikací, kde je možné zapisovat libovolný počet řádků. Zde napište zejména firemní, nebo obchodní označení a typ nabízených zařízení (přístrojů), jejich hlavní technické parametry, výhody a přednosti pro uživatele atd., tak aby mohla hodnotící komise vyhodnotit celkovou technickou vhodnost. Rozhodující zde je vyplnění (**Ano/Ne**) v tabulce specifikací u nominačních parametrů, označených jako „Ano“. Stejně tak nezapomeňte vyplnit povinná pole v oddíle Kompatibilita, Povinné doklady, Servis, atd. Po vyplnění a kontrole formuláře, nabídku uložte a přeneste na el. médium (CD) a vytiskněte **ve dvou výtiscích**. Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče nabídku podepíše na krycím listu a na poslední straně dole.

Obdobným způsobem postupujte při vyplnění formuláře Kupní smlouva. Po vyplnění a kontrole Kupní smlouvu uložte a přeneste na el. médium (CD) a vytiskněte **ve dvou výtiscích**. Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče smlouvu podepíše na poslední straně.



Všechny požadované i nepovinné součásti nabídky vložte do obálky a nabídku podejte tak, aby nejpozději do 6.6.2011 11:00 byla doručena na níže uvedenou adresu zadavatele. Nabídku je možné podat doporučeně poštou, nebo osobně do podatelny na adresu:

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Podatelna je otevřena v pracovní dny 8 – 11,30 a 13 – 15 hodin

Obálka s nabídkou bude označena následovně:

Poptávkové řízení - Dodávka přístrojů ke grantu č. CZ.2.16/3.1.00/22155
k rukám RNDr. Aleše Soukupa, PhD., manažera projektu
„NEOTEVÍRAT !!!“.

6. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnocení bude prováděno podle ekonomické výhodnosti (dílčí kritéria - celková cena, technická vhodnost a servisní parametry) jednotlivých přístrojů. Zadavatel stanovil váhy (významy) výše definovaných hodnotících kritérií následovně:

- | | |
|---|------------------|
| 1. kritérium: Celková nabídková cena | váha 40 % |
| 2. kritérium: Technické a servisní parametry DeepFreeze | váha 35 % |
| 3. kritérium: Technické a servisní parametry Vakuového koncentrátoru | váha 15 % |
| 4. kritérium: Technické a servisní parametry Chemické vývěvy | váha 10 % |

Obecně proběhne hodnocení parametrů nabízených přístrojů v daných hodnotících kritériích následovně

Kritérium: CENA

Nabídková cena v Kč (bez DPH) bude hodnocena pro všechny přístroje společně tak, že **nejnižší celková nabídková cena bude hodnocena jako nejvýhodnější** a nabídce s nejvýhodnější cenou bude přiřazeno hodnocení rovnající se váze kritéria **cena**, tedy 40 %. Hodnocení ostatních nabídek bude stanoveno jako poměr nevýhodnější ceny k dané hodnocené ceně x (krát) význam kritéria cena (40 %). V případě, že celková cena přesáhne částku **778 170 Kč**, je **hodnotící komise povinna nabídku uchazeče vyřadit a zadavatel vyloučí uchazeče z další účasti na poptávkovém řízení.**

Kritérium: Technické a servisní parametry DeepFreeze

Hodnotící komise nejprve posoudí, zda nabídky pro daný přístroj obsahují požadované parametry, nebo vlastnosti. V požadavcích na přístroj (viz. kapitola 1. tohoto Poptávkového listu) jsou požadované parametry, nebo vlastnosti označeny jako **NOMINAČNÍ**. V případě, že nabídka pro daný přístroj **NOMINAČNÍ** parametry nebo vlastnosti, požadované ve formuláři „Nabídka“ nedosáhne, nebo nebude obsahovat, je **hodnotící komise povinna nabídku vyřadit a zadavatel uchazeče vyloučí z další účasti na poptávkovém řízení.**

Poté následuje hodnocení jednotlivých nabídek, kdy členové hodnotící komise zkoumají hodnocené parametry technické vhodnosti nabízeného přístroje (viz kapitola 1. tohoto Poptávkového listu). Komise všechna kritéria posoudí a přiřadí každému z nich podle míry jejich splnění bodové hodnocení v rozmezí 1-10. Potom se pro jednotlivá kritéria přepočtou na výše uvedené váhy (významy: 5 - 60 - 5 - 10 – 2 - 3 - 10 %) a to tak, že dosažené bodové ohodnocení parametrů váhou kritéria vynásobí. Poté se dosažená hodnocení jednotlivých parametrů sečtou.

Nabídce s nejvyšším dosaženým hodnocením v kritériu Technické a servisní parametry DeepFreeze bude přiřazena hodnota rovna váze kritéria (váha 35 %). Hodnocení ostatních nabídek bude stanoveno jako poměr dosažené hodnoty hodnocení k nejvyššímu počtu dosažených bodů v rámci všech nabídek x (krát) význam kritéria (= 35 %).

Kriterium: Technické a servisní parametry Vakuového koncentrátoru

Hodnotící komise nejprve posoudí, zda nabídky pro daný přístroj obsahují požadované parametry, nebo vlastnosti. V požadavcích na přístroj (viz. kapitola 1. tohoto Poptávkového listu) jsou požadované parametry, nebo vlastnosti označeny jako NOMINAČNÍ. V případě, že nabídka pro daný přístroj NOMINAČNÍ parametry nebo vlastnosti, požadované v formuláři „Nabídka“ nedosáhne, nebo nebude obsahovat, **je hodnotící komise povinna nabídku vyřadit a zadavatel uchazeče vyloučí z další účasti na poptávkovém řízení.**

Poté následuje hodnocení jednotlivých nabídek, kdy členové hodnotící komise zkoumají hodnocené parametry technické vhodnosti nabízeného přístroje (viz. kapitola 1. tohoto Poptávkového listu). Komise všechna kritéria posoudí a přiřadí každému z nich podle míry jejich splnění bodové hodnocení v rozmezí 1-10. Potom se pro jednotlivá kritéria přepočtou na výše uvedené váhy (významy: 20 - 20 - 20 - 20 – 20 %) a to tak, že se dosažené bodové ohodnocení parametrů váhou kritéria vynásobí. Poté se dosažená hodnocení jednotlivých parametrů sečtou.

Nabídce s nejvyšším dosaženým hodnocením v kritériu Technické a servisní parametry Vakuového koncentrátoru bude přiřazena hodnota rovna váze kritéria (váha 15 %). Hodnocení ostatních nabídek bude stanoveno jako poměr dosažené hodnoty hodnocení k nejvyššímu počtu dosažených bodů v rámci všech nabídek x (krát) význam kritéria (= 15 %).

Kriterium: Technické a servisní parametry Chemické vývěvy

Hodnotící komise nejprve posoudí, zda nabídky pro daný přístroj obsahují požadované parametry, nebo vlastnosti. V požadavcích na přístroj (viz. kapitola 1. tohoto Poptávkového listu) jsou požadované parametry, nebo vlastnosti označeny jako NOMINAČNÍ. V případě, že nabídka pro daný přístroj NOMINAČNÍ parametry nebo vlastnosti, požadované v formuláři „Nabídka“ nedosáhne, nebo nebude obsahovat, **je hodnotící komise povinna nabídku vyřadit a zadavatel uchazeče vyloučí z další účasti na poptávkovém řízení.**

Poté následuje hodnocení jednotlivých nabídek, kdy členové hodnotící komise zkoumají hodnocené parametry technické vhodnosti a záruku nabízeného přístroje (viz. kapitola 1. tohoto Poptávkového listu). Komise všechna kritéria posoudí a přiřadí každému z nich podle míry jejich splnění bodové hodnocení v rozmezí 1-10.

Nabídce s nejvyšším dosaženým hodnocením v kritériu Technické a servisní parametry Chemické vývěvy bude přiřazena hodnota rovna váze kritéria (váha 10 %). Hodnocení ostatních nabídek bude stanoveno jako poměr dosažené hodnoty hodnocení k nejvyššímu počtu dosažených bodů v rámci všech nabídek x (krát) význam kritéria (= 10 %).

Výsledné hodnocení je součtem dílčích hodnocení v kritériích Celková nabídková cena + Technické a servisní parametry DeepFreeze + Technické a servisní parametry Vakuového koncentrátoru + Technické a servisní parametry Chemické vývěvy.

Jako **ekonomicky nejvýhodnější nabídka** bude hodnocena nabídka s nejvyšším součtem dílčích hodnocení.

7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů:

Formou čestného prohlášení – viz poslední strana formuláře „Nabídka“ a předložením seznamů ve smyslu § 53 odst. 1 písm. k) a l) zákona.

Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů:

Kopie výpisu z OR ne starší 90-ti dnů

Kopie dokladu o oprávnění k podnikání, podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména příslušné živnostenské oprávnění či licence.

8. OBECNÉ INFORMACE

Variantní nabídky jsou možné.


Pro zodpovídání dotazů kontaktujte RNDr. Aleše Soukupa, PhD.

(asoukup@natur.cuni.cz, 736 412 045) nebo RNDr. Lukáše Fischera, PhD.

(lukasf@natur.cuni.cz 22195 1688)

V Praze 9.5.2011


Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.,
Děkan



Projekt: Rozvoj Centra experimentální biologie rostlin UK